

SERVICIO DE SECUENCIACION MASIVA DE ALTA CAPACIDAD

PNEG 11/2015

ACLARACIONES TECNICAS

Recabada la información pertinente de los miembros de la mesa, se hacen las siguientes aclaraciones ante las consultas planteadas:

- 1) El servicio objeto del contrato no requiere preparar librerías. Se proporcionarán ya hechas.
- 2) El servicio no requiere de tratamiento de datos sino únicamente entregar RAW data pero con análisis de la secuenciación y de las secuencias.
- 3) El número de lanes de cada tipo no está definido, aunque serán 2-3 veces las de 100 x 2 respecto a las de 50 x 1 .Una mayoría de las reacciones (un 80-90% podrán enviarse para completar flow cells).
- 4) En los criterios de adjudicación se utilizará como valor l1 el precio de las reacciones 100x2, referido en el apartado A del modelo de Proposición Económica.
- 5) ¿A que hace referencia el procedimiento cuando habla de flexibilidad en el sistema?: A la posibilidad de realizar encargos por lanes independientes y/o por flow cells.
- 6) ¿Sería factible hacer la propuesta para la plataforma de Hiseq4000(2x100bp) y el Hiseq2500 (1x50bp)?: si, lo único a tener en cuenta es a que precio se puede obtener cada lane con ellas y los datos generados.
- 7) ¿En el punto numero 10 criterio de adjudicación del Anexo de características para realizar el cálculo de OI para l1, el número que se utilizará será 200 (2x100), y para l2 es 50 (1x50)?: Si
- 8) ¿En el punto numero 10 criterio de adjudicación del Anexo de características para realizar el cálculo de OI, n1 y n2 es el output en millones de reads?: Si

Valencia, 13 de Octubre 2015


Fdo. Juan L. Huguet

Presidente Mesa Contratación