

INFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES
CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE
INVESTIGACION

PI 15/00071

PNEG 13/2016

El material requerido tiene por objetivo su utilización en el sistema HISCANSQ (ILLUMINA) para secuenciación de nueva generación.

El material a suministrar comprende las siguientes familias:

		TIPO	Nº UNIDADES APROX.
MicroArray	Epigenetics	Infinium® MethylationEPIC BeadChip Kit WG-317-1003	1

Los artículos y el número de unidades que se consigna tienen carácter estimativo.

Las características técnicas de cada producto están definidas mediante una descripción del producto y/o referencia comercial que constituyen el estándar mínimo de calidad aceptado por la Fundación, en tanto han sido testados por su personal técnico e investigador.

Los productos deberán llevar el marcado CE y cumplir con la normativa vigente en cada momento.

El suministro deberá incluir, sin coste adicional, el envío del material de naturaleza fungible al centro. Junto con el pedido se entregará un albarán, que incluirá todos los elementos suministrados para su firma o sello por el Departamento solicitante.

Los artículos suministrados serán entregados en el lugar que en cada solicitud o pedido se indique, según el horario estipulado de recepción de mercancía que en su momento esté vigente. La mercancía deberá ser depositada por el transportista en la ubicación concreta que se le indique, recibido por el personal del INCLIVA y no en pasillos, salas de espera o zonas de paso.

La empresa adjudicataria debe garantizar el suministro los 12 meses del año.

Garantía de consumibles:

Los consumibles deberán ser conformes con las especificaciones hasta la fecha que sea posterior entre (i) tres meses a partir de la fecha de entrega o (ii) la fecha de caducidad o el fin de la vida útil que aparezca sobre el consumible.

Valencia 17 de Noviembre 2016

